

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	陈江华	
	职称:	副主任医师	
	工作单位:	常州市中医院	
项目信息	项目名称:	常州市中医医院 picco 监护模块采购项目	
	项目	供应商名称: 常州科伦医疗器械有限公司	
专业人员论证意见	picco 模块为患者呼吸机、呼吸机、监护仪、输液泵、注射泵、血泵、透析机等设备的监护模块。该模块通过 RS485 总线与主机连接，实现数据的实时传输和存储。该模块具有操作简便、性能稳定、兼容性强等特点，能够满足临床监护需求。经论证，该模块符合招标文件要求，建议采购。 (注: 本论证意见仅供参考，不作为最终采购依据。) 论证人: 陈江华 (常州市中医院副主任医师)		
专业人员签字	陈江华	日期	2026 年 7 月 31 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：陆明洋	
	职称：主任技师	
	工作单位：常州市第一人民医院	
项目信息	项目名称：常州市中医医院 picco 监护模块采购项目	
	供应商名称：常州科伦医疗器械有限公司	
专业人员论证意见	该监护模块为监护主机原厂配套专用插件，其硬件接口、内部通讯协议及系统驱动程序均为厂家不可替代的专有技术，且医疗器械注册证与整机一致备案。第三方模块无法实现数据对接与参数校准匹配，接入后将导致数据偏差、系统报错等问题，存在重大医疗安全隐患。若更换整套监护设备，将造成现有固定资产大额闲置浪费。 本项目符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十七条规定的“因货物使用不可替代的专有技术，导致只能从某一特定供应商处采购”的情形。因此，拟采用单一来源采购方式与迈瑞监护仪常州地区授权经销商（常州科伦医疗器械有限公司）谈判。	
专业人员签字	陆明洋	日期 2026 年 07 月 31 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名： 潘开萍	
	职称： 主管技师	
	工作单位： 常州市第一人民医院	
项目信息	项目名称：常州市中医医院 picco 监护模块采购项目	
	供应商名称：常州科伦医疗器械有限公司	
专业人员论证意见	此 Picco 模块为监护主机原厂配套专用插件，为保证数据对接与参数校准匹配且现有监护仪器能正常使用，推荐使用原厂 Picco 模块。	
专业人员签字	潘开萍	日期 2026 年 7 月 31 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

常州市中医医院 picco 监护模块采购项目单一来源采购论证专家签到表

时间：2026 年 7 月 31 日

专家姓名	职务职称	工作单位	联系电话
潘亦菲	主管技师	常州市第一人民医院	13515254179
陈明洋	主任技师	常州市第一人民医院	13912340009
陈旭松	主任医师	常州市妇幼保健院	13576288320